

1元スパッター、3元スパッター使用について

2011年12月20日
クリーンルーム担当
教授 鈴木 健司

各位

12月19日より3元スパッターが使用可能になりましたが、今後は以下記載事項に基づいての運用と致します。(2011年12月20日付け)

- 1、 装置使用はクリーンルーム管理室による使用講習後に可とする。
- 2、 万が一水漏れ事故発生の場合は、速やかに鈴木教授またはクリーンルーム管理室へ報告し、管理室指導下で当人が修理を行う。
- 3、 新年度(2012年4月1日以降)は改めてクリーンルーム管理室による使用講習受講後に使用可とする。
- 4、 講習実施は使用日当日直前とし、使用者のみとする。
- 5、 **事故発生後、報告を怠った者、装置使用不可のまま放置した者は、以後の装置使用を禁ずる。**

理由

使用者の不注意により1元スパッター、3元スパッター共に水漏れ事故が多発、修復に長期間停止に至った事により、事故の未然防止及び運用円滑化を図る上で上記を定める。

以上